# HOE BRUIKBAAR EN HAALBAAR IS EEN SENSORSYSTEEM DIE ZITGEDRAG MEET EN FEEDBACK GEEFT IN DE GERIATRISCHE REVALIDATIE?

Sensorsysteem is haalbaar in de GR — zorg voor nauwkeurigheid, behandeldoelen en draagvlak in het hele multidisciplinaire team.

## ONDERZOEKSMETHODEN

- ***Mixed-methods*** onderzoek
- **Focusgroepen, sensor, enquêtes**
- **9** zorgprofessionals in focusgroep
- **26** revalidanten vulden enquête in

## BEVINDING 1

Patiënten zaten meer dan 90% van de dag, zowel klinisch als thuis

## BEVINDING 2

Haalbaarheid voldoende, hoge therapietrouw, maar praktische verbeteringen nodig.

## BEVINDING 3

Bruikbaarheid beperkt door zorgen over nauwkeurigheid en aansluiting bij behandeldoelen.

UNCZH Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland

Visual abstract van publicatie
*Suzanne M. Debeij; Miriam L. Haaksma; Margot W. M. de Waal; Jolanda C. M. van Haastregt; Margriet C. Pol; Marise J. Kasteleyn; Eléonore F. van Dam van Isselt.* Usability and feasibility of a wearable sensor-based monitoring system providing feedback on sedentary behaviour during inpatient and home-based geriatric rehabilitation